

LANGUAGE:	PL
CATEGORY:	ORIG
FORM:	F14
VERSION:	R2.0.9.S02
SENDER:	ENOTICES
CUSTOMER:	MSWwWSPZ00
NO_DOC_EXT:	2017-143843
SOFTWARE VERSION:	9.6.5
ORGANISATION:	ENOTICES
COUNTRY:	EU
PHONE:	/
E-mail:	dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl
NOTIFICATION TECHNICAL:	YES
NOTIFICATION PUBLICATION:	YES

## Sprostowanie

### Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

#### Dostawy

#### Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**  
Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o.  
ul. Kondratowicza 8  
Warszawa  
03-242  
Polska  
Osoba do kontaktów: Joanna Gąsior  
Tel.: +48 223265564  
E-mail: [dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl](mailto:dzial.zamowien.publicznych@brodnowski.pl)  
Faks: +48 223265834  
Kod NUTS: PL911  
**Adresy internetowe:**  
Główny adres: <http://bip.brodnowski.pl/>

#### Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
- II.1.1) **Nazwa:**  
Zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj  
Numer referencyjny: MSB/PN/53/09/2017
- II.1.2) **Główny kod CPV**  
33100000
- II.1.3) **Rodzaj zamówienia**  
Dostawy
- II.1.4) **Krótki opis:**  
Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj, których zakres i przedmiot został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót budowlanych, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzętów (wraz z zasilaniem). Zamawiający wymaga realizacji zamówienia np. w zakresie dostawy części wyposażenia i jego rozliczenia o szacunkowej kwocie 1 000 000,00 zł w terminie do dnia 1.12.2017 r.

#### Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**  
16/10/2017

**VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:

Login TED eSender: ENOTICES

Logowanie jako klient TED eSender: MSWwWSPZ00

Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-136910

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 193-395566

Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 03/10/2017

**Sekcja VII: Zmiany****VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.1) Przyczyna zmiany**

Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

**VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: II.1.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj, których zakres i przedmiot został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót budowlanych, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzętów (wraz z zasilaniem). Zamawiający wymaga realizacji zamówienia np. w zakresie dostawy części wyposażenia i jego rozliczenia o szacunkowej kwocie 1 000 000 PLN w terminie do dnia 1.12.2017 r.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj, których zakres i przedmiot został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót budowlanych, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzętów (wraz z zasilaniem). Zamawiający wymaga realizacji zamówienia np. w zakresie dostawy części wyposażenia o szacunkowej kwocie 1 000 000,00 zł w terminie do dnia 30.11.2017 r. i dostarczenia faktury za tę realizację do 01.12.2017 r.

Numer sekcji: II.2.4

Zamiast:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj, których zakres i przedmiot został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ– Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót budowlanych, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzętów (wraz z zasilaniem).

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia np. w zakresie dostawy części wyposażenia i jego rozliczenia o szacunkowej kwocie 1 000 000 PLN w terminie do dnia 1.12.2017 r.

Powinno być:

Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia wraz modernizacją pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w budynku B Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o. w formule zaprojektuj i wybuduj, których zakres i przedmiot został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja parametrów techniczno-użytkowych oraz załącznikiem nr 7 do SIWZ – Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca przed złożeniem oferty (w celu prawidłowej oceny zakresu przedmiotu zamówienia oraz kosztów ryzyka) może zapoznać się ze wszystkimi warunkami lokalizacyjnymi i realizacyjnymi robót budowlanych, aby uwzględnić je w wynagrodzeniu ryczałtowym (zaleca się dokonanie wizji lokalnej). Zamawiający udostępni niezbędne pomieszczenie do instalacji ww. sprzętów (wraz z zasilaniem). Zamawiający wymaga realizacji zamówienia np. w zakresie dostawy części wyposażenia o szacunkowej kwocie 1 000 000,00 zł w terminie do dnia 30.11.2017 r. i dostarczenia faktury za tę realizację do 01.12.2017 r. Przez czas prowadzenia modernizacji Wykonawca zobowiązany będzie wyposażyc pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego w celu zapewnienia tzw. tymczasowej sterylizacji. Przez okres przenoszenia urządzeń z tzw. tymczasowej sterylizacji do docelowego miejsca sterylizacji Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić na własny koszt sterylizację zapewniającą przeprowadzanie operacji ratujących życie (przez ten okres zostaną wyłączone operacje planowe).

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 19/10/2017

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 24/10/2017

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 19/10/2017

Czas lokalny: 11:00

Powinno być:

Data: 24/10/2017

Czas lokalny: 11:00

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**