

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.Brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53

NIP 52-426-889-13

REGON 141983460

Warszawa, dnia 18.07.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o. o.

I Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o. o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie	Odpowiedź
Pyt. 1. Czy Zamawiający wyłączy z Części 11 pozycje 15-29 i utworzy oddzielny pakiet ? Zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.	Odp. 1. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pyt. 2. Czy Zamawiający wyłączy z Części 13, Szybkie testy, poz. 2-4 i utworzy oddzielny pakiet ? Zwiększy to konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na wybór oferty najkorzystniejszej cenowo.	Odp. 2. Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pyt. 3 CZĘŚĆ 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie osocza króliczego pakowanego a'5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na 18 op. lub w opakowaniu 10 amp. a'2 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na 5 op.	Odp. 3. Zamawiający dopuszcza osocze królicze pakowane a'5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na 18 op. lub w opakowaniu 10 amp. a'2 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości na 5 op. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.
Pyt. 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie osocza króliczego w opakowaniu 5 ml i zaferowanie 18 takich opakowań?	Odp. 4. Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Pyt. 5. Dotyczy części 13 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Systemu do wykrywania półilościowego oraz do określania lekko wrażliwości mykoplazm z układu moczowopłóciowego w opakowaniu zawierającym 20 testów i zaferowanie 8 takich opakowań?	Odp. 5. Zamawiający dopuszcza zaferowanie Systemu do wykrywania półilościowego oraz do określania lekko wrażliwości mykoplazm z układu moczowopłóciowego w opakowaniu zawierającym 20 testów i zaferowanie 8 takich opakowań. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.

<p>Pyt.6 Dotyczy części 13 pozycja 6 podłoża w butelkach 500 ml. Czy Zamawiający w pozycji 6 żąda podłoża Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem, a podanie podłoża Scheller z chloramfenikolem jest wynikiem omyłki pisarskiej?</p>	<p>Odp. 6. Zamawiający wyjaśnia, iż w pozycji 6 żąda podłoża Sabouraud Dextrose Agar z chloramfenikolem. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.7 Dotyczy pakietu nr 12, pozycja nr 3 Proszę o sprecyzowanie jakie stężenie formaliny ma na myśli Zamawiający,</p>	<p>Odp.7 Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli 36 – 35% stężenie formaliny. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 8. Dotyczy pakietu nr 12, pozycja nr 17 Czy w pakiecie nr 12, pozycji nr 17 nie nastąpiła pomyłka? Czy zamiast „Nożyczki mikrotonowe typ R35 Zamawiający nie miał na myśli „Nożyków mikrotonowych typ R35”?</p>	<p>Odp. 8. Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli „Nożyki mikrotonowych typ R35”. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 9. Dotyczy pakietu nr 12, pozycja 16. „Bibuła filtracyjna”. Proszę o sprecyzowanie wymogów produktu – pakiet nr 12 poz. 16 „Bibuła filtracyjna”. Proszę o podanie wymiarów bibuły. Czy chodzi o bibułę ilościową czy jakościową, miękką, średnią czy twardą? Czy jednostka miary „szt.” odnosi się do jednego arkusza bibuły czy jednego opakowania (=100 sztuk)?</p>	<p>Odp. 9. Zamawiający wyjaśnia, iż ma na myśli bibułę jakościową, średnią o wymiarach 45x55cm. Jednostka miary odnosi się do jednego arkusza. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 10. Dotyczy pakietu nr 12, pozycja nr 5. Proszę o sprecyzowanie jakiej czystości odczynnika wymaga Zamawiający w pakiecie nr 12 poz. 5 „Alkohol etylowy 99,9%.</p>	<p>Odp. 10. Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga odczynnika o czystości czda lub cz. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 11. Dotyczy pakiet 12, poz. nr 4. Proszę o sprecyzowanie jakiej temperatury krzepnięcia wymaga Zamawiający dla parafiny w pakiecie nr 12, poz. 4.</p>	<p>Odp. 11 Zamawiający wyjaśnia, iż wymaga 56°C temperatury krzepnięcia. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.12. Dotyczy pakiet 12, poz. nr 4. Czy Zamawiający dopuszcza opakowania 25 lub 10 kg dla parafiny w pakiecie nr 12, pozycja 4?</p>	<p>Odp. 12. Zamawiający dopuszcza opakowania 10 kg. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 13. Dotyczy: część 11 , pozycja 29: Czy Zamawiający wymaga, by w procedurze testu nie było więcej niż 2 etapy płukania?</p>	<p>Odp. 13. Zamawiający wymaga, by w procedurze testu nie było więcej niż 2 etapy płukania. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 14. Dotyczy: część 11 , pozycja 29: Czy Zamawiający wymaga aby całkowity czas inkubacji wynosił nie więcej niż 75 min. ?</p>	<p>Odp. 14. Zamawiający wymaga aby całkowity czas inkubacji wynosił nie więcej niż 75 min. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 15. Dotyczy: część 11 , pozycja 29 Czy Zamawiający wymaga testu z poliklonalnymi przeciwciałami?</p>	<p>Odp. 15. Zamawiający wymaga testu z poliklonalnymi przeciwciałami. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 16. Dotyczy: część 11 , pozycja 29 Czy Zamawiający wymaga testu zabezpieczonego przed reakcjami krzyżowymi z adeno- i rotawirusami oraz Ascaris lumbricoides?</p>	<p>Odp.16 Zamawiający wymaga testu zabezpieczonego przed reakcjami krzyżowymi z adeno- i rotawirusami oraz Ascaris lumbricoides. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>

<p>Pyt. 17. Dotyczy: część 11 , pozycja 29 Czy Zamawiający wymaga testu o poziomie detekcji Giardia lamblia wynoszącym 5×10^3 cyst i 2.5×10^4 trofozoitów na 1ml?</p>	<p>Odp.17 Zamawiający wymaga testu o poziomie detekcji Giardia lamblia wynoszącym 5×10^3 cyst i 2.5×10^4 trofozoitów na 1ml. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 18. Dotyczy: część 11 , pozycja 29 Czy Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był zaopatrzony w specyficzny dla numeru serii certyfikat jakości?</p>	<p>Odp. 18. Zamawiający wymaga, aby każdy zestaw był zaopatrzony w specyficzny dla numeru serii certyfikat jakości. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 19. Dotyczy część 11 , pozycja 15 Czy zamawiający dopuści testu do oznaczania krwi utajonej w kale pakowanego po 40 sztuk (4 x 10szt.) ?</p>	<p>Odp. 19. Zamawiający dopuszcza test do oznaczania krwi utajonej w kale pakowanego po 40 sztuk (4 x 10szt.) Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 20. Dotyczy część 11 , pozycja 15 Czy zamawiający wymaga testu do oznaczania krwi utajonej w kale o czułości czułości 10 ng/ml?</p>	<p>Odp. 20. Zamawiający wymaga testu do oznaczania krwi utajonej w kale o czułości czułości 10 ng/ml. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 21. Dotyczy część 11 , pozycja 15 Czy zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego w zakresie do 0.5 mg/ml ?</p>	<p>Odp. 21. Zamawiający wymaga testu z eliminacją efektu prozonowego w zakresie do 0.5 mg/ml. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.22 Dotyczy część 11 , pozycja 24 Czy zamawiający wymaga test ASO lateks o wykrywalności 200 IU/ml wykalibrowanej względem Międzynarodowego Kalibratora ASO (z WHO)?</p>	<p>Odp. 22. Zamawiający dopuszcza test ASO lateks o wykrywalności 200 IU/ml wykalibrowanej względem Międzynarodowego Kalibratora ASO (z WHO). Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.23 Dotyczy część 11 , pozycja 24 Czy zamawiający wymaga test z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 1500 IU/MI ?</p>	<p>Odp. 23. Zamawiający wymaga test z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 1500 IU/MI. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt. 24. Dotyczy część 11 , pozycja 25 - Czy zamawiający wymaga test z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 800 IU/mL.?</p>	<p>Odp. 24. Zamawiający wymaga test z eliminacją efektu prozonowego do stężenia 800 IU/mL. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.25 Dotyczy część 11 , pozycja 24,25,26 Czy zamawiający wymaga kompletnych zestawów zawierających odczynnik, bagietki, kontrole i płytki?</p>	<p>Odp.25 Zamawiający wymaga kompletnych zestawów zawierających odczynnik, bagietki, kontrole i płytki. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.26 Dotyczy część 11 , pozycje 16,17,18,19,20,21,22,23 - Czy zamawiający wymaga testów w postaci indywidualnie pakowanych kasetek?</p>	<p>Odp.26 Zamawiający wymaga testów w postaci indywidualnie pakowanych kasetek. Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>
<p>Pyt.27 Dotyczy część 11 , pozycje 15 - 26 i 29 - Czy, w celu potwierdzenia parametrów granicznych, Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji użytkowania testów wraz z ofertą przetargową?</p>	<p>Odp.27 Zamawiający wymaga dostarczenia instrukcji użytkowania testów wraz z ofertą przetargową.</p>

<p>Pyt.28 Dotyczy część 14 - Czy zamawiający dopuści odczynniki w innych zbliżonych opakowaniach z zachowaniem całkowitej ilości ? Opakowania które są wymagane oferuje tylko jedna firma w Polsce</p>	<p>Odp. 28 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
<p>Pyt.29. Wzór umowy załącznik nr 4 : Czy zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu dopuszczającego zmianę cen brutto oferowanych towarów w przypadku urzędowej zmiany stawek VAT a zmiana ta będzie następowała automatycznie w dniu wejścia przepisów prawnych bez konieczności wprowadzania tych zmian w formie aneksu? Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę to prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian do treści umowy.</p>	<p>Odp. 29 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
<p>Pyt.30 Załącznik nr 4 – Umowa § 2 ust 2 czy Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu (jednak nie mniej niż o 20% wartości całego zamówienia) ...? Uzasadnienie : Pozostawienie zapisu w aktualnej formie jest niezgodne z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych art. 29.1 „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.” Na podstawie podanego zapotrzebowania wykonawcy przygotowują ofertę - ustalają politykę cenową – jeżeli Zamawiający nie może zagwarantować że zrealizuje choć by połowę z podanego zapotrzebowania Wykonawca nie ma wystarczających danych aby przygotować należyte ofertę.</p>	<p>Odp. 30 Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.</p>
<p>Pyt.31 Załącznik nr 4 – Umowa § 2 ust 4 czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego paragrafu – oferowane w niniejszym przetargu odczynniki– nie podlegają zwrotowi – w szczególności po otwarciu opakowania zbiorczego ?</p>	<p>Zamawiający wykreśla z projektu umowy § 2 ust 4.</p>
<p>Pyt. 32 Załącznik nr 4 – Umowa § 7 ust 1 czy Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie kar umownych na :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i 2) 10 % wartości niezrealizowanej części umowy 3) 0,2% wartości niezrealizowanej zamówienia 4) 0,2% wartości wadliwej części zamówienia 	<p>Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ</p>
<p>Pyt. 33 Część 3 paski i E-testy Oferowane testy, odczynniki sprzedawane są tylko po pełnych opakowaniach - nie ma możliwości sprzedaży np. w poz. 1 - 8 szt. pasków. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) czy nie nastąpiła pomyłka w podaniu jednostki miary w poz. 1-10 czy 	<p>Zamawiający w poz. 1-10 wymaga zaoferowania ilości opakowań. Zamawiający w poz. od 11-27 wymaga wyceny ilości sztuk, zobowiązując się do zakupu pełnych opakowań- Patrz zmodyfikowany załącznik nr 4 do SIWZ.</p>

<p>nie powinno być opakowań? (poz. 11-27 – podane ilości są wielokrotnością opakowań handlowych w związku z tym możemy wycenić szt.)</p> <p>2) Lub Czy zamawiający oczekuje wyceny np. 8 pasków – ale zobowiązuje się do zakupu pełnych opakowań?</p>	
<p>Pyt. 34 Czy Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie zapisu na przelewie gotówkowym wadium np. wadium w przet.nieogr. na dost. Odczynn. Dla MSW w W-wie Sp.z.o.o MSW/PN/184/05/2011 – cz.nr? Na przelewach w bankowości elektronicznej jest możliwość wprowadzenia ograniczonej liczby znaków.</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę.</p>

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1 oraz art. 12a ust. 1 zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz przedłuża termin składania ofert:

14.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelaria - Dziennik Podawczy (pokój 26, blok A) w Warszawie przy ul. Kondratowicza 8, lub przesłać pocztą nie później niż do dnia **10.08.2011 r. do godz. 10.00.**

14.3 Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą zamówienia **„Oferta na dostawę odczynników dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o. o, MSW/PN/184/05/2011. Nie otwierać przed 10.08.2011 r. godz. 11:00”** oraz pieczęcią firmową Wykonawcy (wraz z adresem i nr telefonu), zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

14.6 Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego Dziale Zamówień Publicznych pokój nr 134b, blok C przy ul. Kondratowicza 8 w dniu **10.08.2011 r. o godz. 11.00.**

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z poważaniem
Dyrektor ds. Logistycznych
Jacek Kacperski