

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o.o.
03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8

www.brodnowski.pl

FAX /22/ 326 58 08 DZIAŁ ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53

NIP 52-426-889-13

REGON 141983460

Warszawa, 19.05.2011 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę bielizny jednorazowej i fartuchów do operacji dla Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Warszawie Sp. z o.o. MSW/PN/167/05/2011

I Na podstawie art. 38 ust. 2, 4, 4a, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Warszawie Sp. z o. o. w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami dotyczącymi przedmiotowego postępowania:

Pytanie	Odpowiedź
Pyt. 1. Pozycja 6. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ochraniaczy na obuwiu wykonanych z włókniny ściąganych gumką na obwodzie.	Odp. 1. Zamawiający nie wyraża zgody
Pyt. 2. Pozycja 8. – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej pozostałe parametry spełnione.	Odp. 2. Zamawiający dopuści możliwość zaferowania maski chirurgicznej czterowarstwowej pozostałe parametry spełnione.
Pyt. 3. Pozycja 2, 3, 5, 11. – czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości pakietu i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia. Pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.	Odp.3. Zamawiający nie wyraża zgody.
Pyt.4.	Odp.4.

<p>Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ w części 2 - fartuchy do operacji w pozycji 2 złożył zamówienie na fartuch do operacji wysokiego ryzyka wykonany w polu krytycznym z laminatu z membraną PTFE. W ofercie posiadamy fartuchy wysokiego ryzyka wykonane z laminatu z membraną poliuretanową, która jest porównywalna z membraną PTFE.</p> <p><i>Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka wykonane na przedzie i rękawach z laminatu z membraną poliuretanową?</i></p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody</p>
<p>Pyt. 5 Zamawiający wymaga, aby szwy rękawów w fartuchach do operacji wysokiego ryzyka (pakiet 1 pozycja 2) były uszczelnione taśmą PTFE. W ofercie posiadamy fartuchy operacyjne wysokiego ryzyka, których rękawy są szyte ścięciem dwuigłowy stębnowanym zawijanym, co zapewnia ich barierowość.</p> <p><i>Czy Zamawiający dopuszcza fartuchy wysokiego ryzyka, których rękawy zamiast taśmy PTFE posiadają szew dwuigłowy stębnowany zawijany?</i></p>	<p>Odp.5. Zamawiający nie wyraża zgody</p>
<p>Pyt. 6 Część 2 poz. 3 W związku z tym, że oferowane prześcieradła w rolce nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych i ustawy nie stosuje się, czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty odpowiedniego oświadczenia i świadectwa wydanego przez Państwowy Zakład Higieny?</p>	<p>Odp.6. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>
<p>Pyt. 7 Część 2 poz. 10 Czy Zamawiający wymaga fartucha urologicznego nieprzemakalnego jałowego, czy nie jałowego?</p>	<p>Odp.7. Wymagania Zamawiającego zgodnie z SIWZ.</p>
<p>Pyt. 8 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie z Części nr 1</p>	<p>Odp.8 Zamawiający nie wyraża zgody.</p>

<p>pozycja nr 2, 4, 6, 9, 11? Wyłączenie w/w pozycji dałoby możliwość złożenia bardziej konkurencyjnej oferty.</p>	
<p>Pyt. 9 Uprzejmie prosimy o rozdzielenie na dwa pakiety fartuchów chirurgicznych :</p> <p>1 pakiet to fartuchy standardowego ryzyka szt. 260</p> <p>2 pakiet fartuchy podwyższonego ryzyka szt. 80</p> <p>z tego powodu, że nie wszyscy wykonawcy dysponują fartuchami do operacji podwyższonego ryzyka.</p> <p>Zamawiający otrzymałby więcej ofert na fartuchy standardowego ryzyka.</p>	<p>Odp.9. Zamawiający nie wyraża zgody.</p>